

Фармстандарт-Медтехника

Современные системы
инфекционного контроля

ТЗМОИ

КАТАЛОГ

запасные части



АЭ-25 МО

**Дистиллятор
электрический**

12.2014

Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4**Параметры:**

Артикул		409431339500
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2009

**Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29 40А 3П****Параметры:**

Артикул		409431384000
Маркировка		ВА47-29 40А 3П
Количество	шт	1
Период использования		с 2004

**Датчик Ц6516М.07.010****Параметры:**

Артикул		409031188300
Маркировка		Ц6516М.07.010
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**ЗМЕЕВИК Ц6516.02.02.200****Параметры:**

Артикул		409031194300
Маркировка		Ц6516.02.02.200
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Индикатор фаз световой ИФС47****Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

**КАМЕРА КОНДЕНСАЦИИ Ц6516М.01.02.000****Параметры:**

Артикул		409031108500
Маркировка		Ц6516М.01.02.000
Количество	шт	1
Период использования		До 10.2009



Микропереключатель МИ-3А

Параметры:

Артикул		409431334500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



Пускатель ПМ12-040-152УЗБ

(заменен на Пускатель КМИ-23210 32А 220В АС-3 1НО ИЭК)

Параметры:

Артикул		409431329000
Маркировка		ПМ12-040-152УЗБ
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



Пускатель КМИ-23210 32А 220В АС-3 1НО ИЭК

Параметры:


Артикул			КМИ-23210 32А 220В
Обозначение			
Длина	мм	98	
Ширина	мм	56	
Высота	мм	84	
Масса	кг	0,53	
Количество	шт	1	
Период использования			



Предохранитель СП-30А

Параметры:

Артикул		409431359500
Маркировка		СП-30А
Количество	шт	1
Период использования		до 2004



Поплавок Ц6612М.00.120

Параметры:

Артикул		409031136400
Маркировка		Ц6612М.00.120
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



Регулятор уровня Ц6612М.00.100-02

Параметры:

Артикул		409031144100
Маркировка		Ц6612М.00.100-02
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



Тумблер ПТ73-2-2

Параметры:

Артикул		409431318000
Маркировка		ПТ73-2-2
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



Уравнитель Ц6516М.07.000

Параметры:

Артикул		409031195600
Маркировка		Ц6516М.07.000
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



Холодильник Ц6516.02.06.000

Параметры:

Артикул		409031190300
Маркировка		Ц6516.02.06.000
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



Шайба НАИФ758491.002.04

Параметры:

Артикул		409031159600
Маркировка		НАИФ 758491.002-04
Материал		Паронит ПОН2 ГОСТ 481-80
Наружный диаметр	мм	36
Внутренний диаметр	мм	18,5
Толщина	мм	2
Масса	кг	0,003
Количество	шт	2
Период использования		действ.



Электроблок в упак. АЭ25МО.16.000_20**Параметры:**

Артикул		409031164600
Маркировка		АЭ25МО.16.000_20
Количество	шт	1
Период использования		-

**Электронный датчик уровня ЭДУ.010****Параметры:**

Артикул		409031186500
Маркировка		ЭДУ 010
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

**Электронагреватель трубчатый ТЭН160.02.000****Параметры:**

Артикул		409031227500
Маркировка		ТЭН160.02.000
Количество	шт	8
Период использования		с 2002 по 2009

**Электронагреватель трубчатый ТЭН160.06.000****Параметры:**

Артикул		409031185400
Маркировка		
Материал оболочки:		<i>нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.</i>
Материал крепежных втулок:		<i>латунь ЛС59-1.</i>
Диаметр оболочки,	мм	8
Резьба втулок для установки		M14x1,5
Резьба контактных стержней		M4
Мощность,	кВт	2,7
Напряжение,	В	220
Масса, кг		0,51
Количество	шт	6
Период использования		с 02.2009

